



**INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

ul. Postępu 36A, Jastrzębiec, 05-552 Magdalenka
Tel.: +48 22 756-17-11, Fax: +48 22 756-14-17

Jastrzębiec, dn. 04.12.2017r.

DAZ-2404/1/17

WSZYSCY WYKONAWCY

W związku z otrzymaniem zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury laboratoryjnej dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (DAZ-2404/1/17), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO₂ i O₂ o wymiarach zewnętrznych 534 mm x 717 mm x 460 mm (szer. x wys. x głęb.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO₂ i O₂ o dezynfekcji w wysokiej temperaturze przez 8 godzin w 200°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO₂ i O₂ o regulacji temperatury otoczenia w zakresie od +5°C powyżej temperatury otoczenia do + 60°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO₂ i O₂ o ciężarze 40 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,